

Matériel nécessaire

KIT PRÉLÈVEMENT GYNÉCOLOGIQUES VPH/CYTOLOGIE (paquet de 25 unités)

Kit pour le préleveur / cabinet médical



Contenu :

- 500 flacons gynécologiques

Configurations :

- 500 dispositifs de prélèvement de type balais

Code Virtuo : 4-3-11809

Logibec HY : 1108074

Logibec La Pommeraie : 51003086

DISPOSITIF DE PRÉLÈVEMENT VPH/CYTOLOGIE (CYTOBROSSE/SPATULE SEULEMENT) Paquet de 25 unités

<p><i>Si besoin en extra:</i> Kit de dispositifs de prélèvement de type cytobrosse/spatule en plastique</p>		<p>Contenu:</p> <ul style="list-style-type: none">• 500 Dispositifs de prélèvement de type cytobrosse/spatule en plastique (20 sacs de 25 dispositifs)
---	--	---

Code Virtuo : 4-3-11810

Logibec HY : 1108075

Logibec La Pommeraie : 51003087

Lubrifiant Surgilube (sans carbomère) Boite de 144 unités, pour la gynécologie seulement



Code Virtuo : 4-3-11793

Logibec HY : 1108099

Logibec La Pommeraie : 21172449

ORDONNANCE – ANALYSES CYTOLOGIQUES GYNÉCOLOGIQUE

* Champs OBLIGATOIRES. Caractères d'imprimerie seulement. Toute requête mal identifiée, illisible ou non signée sera refusée.

Québec

PRESCRIPTEUR (Responsable du suivi)

USAGER double identité vérifiée

*NOM de la clinique _____
 *Adresse : _____
 *Ville : _____ Code postal : _____
 *Tél : _____ *Fax : _____
 *NOM, Prénom : _____ *# Pratique : _____

*No assurance maladie (RAMQ) _____ *Expiration AAAAA-MM-JJ _____ No de dossier (hôpital) _____
 *Nom et prénom (naissance) _____
 *Date de naissance AAAAA-MM-JJ _____ *Sexe F M
 Adresse _____

Professionnel à informer (cc) – À remplir par le prescripteur

*NOM, Prénom, # pratique : _____
 *Coordonnées (nom clinique et fax) : _____

Ville _____ Code postal _____
 Téléphone _____ Nom et prénom de la mère _____

Renseignements cliniques

STAT

**Apposer
étiquette de
prélèvement ici**

***INFORMATION PRÉLEVEUR** Public Privé

*NOM, Prénom : _____ *Lieu de prélèvement _____
 Tél. : _____ *Date : _____ *Heure : _____

DÉPISTAGE CANCER DU COL DE L'UTÉRUS (renseignements obligatoires)

VPH en 1ere intention avec cytologie réflexe si VPH positif VPH pour suivis après anomalies à la cytologie VPH ET cytologie (Pour contexte clinique approprié) Cytologie VPH non requis

MOTIFS

Dépistage Saignements post ménopausiques Contact ITS / MTS
 Évaluation hormonale Recherche spermatozoïde Méno / métrorragie
 Autre : _____

PRÉLÈVEMENT

Col / Endocol avec dispositif de prélèvement VCE avec dispositif de prélèvement Dôme vaginal avec dispositif de prélèvement
 Vagin avec dispositif de prélèvement

CONTRÔLE DE CYTOLOGIE ANORMALE

ASC / atypies des cellules pavimenteuses AGC / (atypie des cellules glandulaires) ASC-H / atypies pavimenteuses ne permettant pas d'exclure une LIEHG
 LIEBG (bas grade / condylome) LIEHG (haut-grade / CIN2 / CIN3 / CIS) Adénocarcinome endomètre
 Adénocarcinome endocol Carcinome pavimenteux Autre : _____
 Néoplasie : _____

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

DDM : _____ Cycle : _____
 Grossesse Post-partum Ménopause
 Hystérectomie Total/HAT Hystérectomie subtotale Hystérectomie non spécifiée
 Stérilet : _____ Anovulants : _____ Œstrogène : _____
 Progestatif HTR (hormonothérapie) HTR combinée
 Radiothérapie Chimiothérapie

***SIGNATURE PRESCRIPTEUR**

Signature : _____ Date : _____

CYTOLOGIE GYNÉCOLOGIQUE CONVENTIONNELLE

FROTTIS V.C.E. :

NOM DU PATIENT	1. Identifier clairement la lame V.C.E. avec NOM, PRÉNOM ET RAMQ , ou numéro de dossier de l'hôpital à l'aide d'un CRAYON À MINE DE PLOMB (<i>avant de faire le prélèvement</i>).
RAMQ	2. <u>VAGIN</u> : Prélever les sécrétions dans le cul-de-sac postérieur avec une spatule d'Ayre.
V	3. <u>COL</u> : Avec l'autre bout de la spatule, gratter l'orifice du col avec un mouvement de rotation de 360° en appuyant assez fortement.
C	4. <u>ENDOCOL</u> : Introduire
E	1. Une tige montrée (bourdonnet) dans l'endocol et tourner à 360°. 2. Ou une cytobrosse et tourner à 90°.
	5. Étaler les sécrétions, <u>PROCÉDER RAPIDEMENT</u> et <u>FIXER IMMÉDIATEMENT</u> au cytospray en plaçant la canette à environ 30 cm de la lame.

DÉPISTAGE VPH ET CYTOLOGIE GYNÉCOLOGIQUE EN MILIEU LIQUIDE

IMPORTANT : En cas de besoin, utiliser un lubrifiant sans carbomère. L'utilisation d'un lubrifiant avec carbomère peut invalider les résultats.

Utiliser le matériel dédié pour le prélèvement, soit le balai ou l'ensemble spatule/cytobrosse en plastique fournie. **NE PAS UTILISER DE SPATULE EN BOIS.**

Ne pas laisser la tête du balai dans le flacon.

Le spécimen se conserve entre 15 et 30°C pour assurer le maintien de l'intégrité des cellules. **NE PAS METTRE AU RÉFRIGÉRATEUR.**

Le laboratoire doit recevoir les échantillons le plus tôt possible et maximum 7 jours suivant le prélèvement.

La date d'expiration du flacon ThinPrep PreservCyt® doit être plus éloignée d'un mois de la date de prélèvement.

Le matériel dédié peut être commandé à partir du formulaire de réquisition de matériel :

- Trousse prélèvement gynécologique VPH/Cytologie (flacon ThinPrep® et balai)
- Dispositif prélèvement VPH/Cytologie – Cytobrosse/spatule seulement
- Sachet SURGLUBE FOILPAC à usage unique de 3 gr VPH/CYTOLOGIE (pour usage en GYNÉCOLOGIE seulement)

Pour toute question, veuillez vous référer au site de Santé Estrie : <https://www.santeestrie.qc.ca/professionnels/ressources-pour-les-professionnels/laboratoires>